


## EM01 TESTER ESD DA BANCO PER BRACCIALI ANTISTATICI



Cod. 131974C



### QUICK CHECK EM01

**Quick Check EM01 - Tester compatto da montare sotto al piano di lavoro.** Ad un tocco dell'operatore, verifica la connessione del bracciale antistatico alla messa a terra, confermandone allo stesso tempo l'efficacia.

Controlla il corretto funzionamento del sistema di protezione ESD conformemente alle prescrizioni IEC 61340-5.

### Caratteristiche

- Ingressi per il collegamento del bracciale ESD: Bottone Ø 10 mm / Presa banana Ø 4 mm
- Alimentazione: Batteria alcalina 9 V, PP3
- Dimensioni (LxPxH): 11 x 6 x 4 cm.

### Funzionamento

- Connettere il bracciale al tester
- **Premere con un dito sulla rondella in acciaio per effettuare il test**
- Risposte del sistema:
  - Una spia verde si illumina per PASS
  - Una spia rossa accompagnata da allarme acustico si illumina per FAIL



- Se la resistenza tra bracciale e operatore supera 35 MOhm, si accende la spia rossa HIGH FAIL
- Se la resistenza è inferiore a 750 KOhm, si accende la spia rossa LOW FAIL
- Una spia gialla si accende nel caso in cui la batteria scenda sotto i 6.5 Volt durante il test.